

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Anajatuba
Secretaria Municipal de Saúde
Registro de Preços Eletrônico - 040/2022

Resultado da Homologação

0001 - Autoclave Horizontal 100 Litros. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO: Comando: Controlador microprocessado MCA-65 (8 programas de esterilização). Capacidade nominal da câmara: 100 litros. Dimensões internas (AxLxP): 41x41x60 cm. Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 170x65x90 cm Tipo/Número de portas: 1 (uma) Porta Voiante Central (1P/VC) Potência: 11KW. Tensão: 220 V Trifásico. Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E). Câmara interna em formato retangular com capacidade de 100 litros, fabricada em aço inoxidável, com acabamento polido sanitário brilhante, utilizada para a acomodação, esterilização e secagem dos materiais e câmara externa fabricada em aço inoxidável. Testadas hidrostaticamente conforme norma NR 13. Uma porta fabricada em aço inoxidável, maciça e abaulada internamente, com acabamento polido sanitário e brilhante. Comandada por volante central, tem seu fechamento hermético através da introdução de hastes de aperto nos orifícios do flange, e dotado de guarnição de silicone, que garante total vedação do vapor. Funcionamento elétrico através de gerador de vapor acoplado à câmara externa. Dotado de uma bomba de vácuo para processar as operações de pré-vácuo e secagem, por extração da umidade dos materiais esterilizados. ACESSÓRIOS INCLUSOS 01 unid. RACK AH VC/DZ 100 LITROS Fabricado em aço inox, para acomodar os materiais. 01 unid. IMPRESSORA SERIAL TERMICA. Impressora serial térmica, acoplada ao painel para registro das informações do ciclo selecionado. 01 unid. CESTO ARAMADO ANGULAR ALTO INOX (AxLxC) 19,60 X 36,00 X 54,00CM. Fabricado em aço inox com acabamento eletropolido para acomodação e transporte dos materiais. Acompanha Manuais Certificados de Calibração dos Instrumentos; Relatório de Testes; Prontuário de Fabricação. - OHVC-S100EL - Valor Referência: 149.453,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Jovic Comercial e Serviços Ltda Epp	OHVC-S100EL	1 Unidade	84.990,00	84.990,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0002 - Aparelho de pressão + estetoscópio adulto: Características; Braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável; Fechamento com velcro Manômetro; Aneróide com escala de 0 a 300 mm/Hg; Manguito; Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. Tamanho da Braçadeira. Para Circunferência Braço: 18 a 35 cm. Material, Braçadeira feita de material antialérgico em nylon colorido; Manguito: bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pera. Confeccionada em borracha vulcanizada; Pera: feita de borracha vulcanizada. Usada para inflar o manguito; Manômetro: caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial; Manguito em PVC. Estetoscópio; Características. Leve; Tubo em Y de PVC; Tubo de peça única para melhor transmissão do som; 1 ano de Garantia; Par de olivas rígidas; Garantia de 1 ano Composição. Membrana de plástico rígido; Auscultador; Tubo em Y de PVC; Câmara de som em liga de alumínio; Fone biauricular de cobre cromado; par de Olivas Rígidas. - BR-20D - ADULTO + ESTETO DUPLO - Valor Referência: 160,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LOTUS MEDICAL LTDA	BR-20D - ADULTO + ESTETO DUPLO	48 Unidade	78,00	3.744,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0003 - Aparelho de pressão + estetoscópio infantil: Braçadeira com manguito em PVC de uso infantil (Circunferência de 10 até 18 cm); - Verificado e Aprovado pelo INMETRO. Incluso: - 1 Manômetro 0 - 300 mmHg (52 x 98 x 35,5 mm); - 1 Braçadeira (75 x 220 mm); - 1 Válvula de deflação; - 1 Pera; - 1 Estetoscópio simples; - 1 Estojo para viagem. Estetoscópio: Características: Leve; Tubo em Y de PVC; Tubo de peça única para melhor transmissão do som; 1 ano de Garantia; Par de olivas rígidas; Garantia de 1 ano; Composição; Membrana de plástico rígido; Auscultador; Tubo em Y de PVC; Câmara de som em liga de alumínio; Fone biauricular de cobre cromado; Par de Olivas Rígidas - BR-20D - INFANTIL + ESTETO DUPLO - Valor Referência: 185,02

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LOTUS MEDICAL LTDA	BR-20D - INFANTIL + ESTETO DUPLO	30 Unidade	78,00	2.340,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0004 - Biombo triplo: Construído com tubos de aço inoxidável de ¼ de diâmetro faces em forte tecido de algodão cru removíveis e pés com rodízios de 2". Dimensões aproximadas: Largura; Aberto: 1,80m. Largura Fechado 0,68m; Altura 1,75 m. - CM - Valor Referência: 721,03

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	CM	30 Unidade	439,65	13.189,50	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0005 - Braçadeira para coleta e injeção: Altura regulável por mandril, base de ferro, esmaltado, Haste de aço inox. Equipado com



concha para apoio do braço em aço inox e capa de couro com mandril para regulagem de inclinação. Altura Mínima: 72 cm - Altura Máxima: 108 cm - apoio de braço estofado pode ser retirado. - RB 2029 - Valor Referência: 270,57

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	RB 2029	25 Unidade	214,00	5.350,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0007 - Detector Fetal portátil: Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e de fácil operação; Alto-falante de alta performance; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Entrada para fone de ouvido, gravador ou computador; Botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD iluminado (backlight); 2 modos de visualização da FCF - Frequência Cardíaca Fetal: Numérica; Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; Indicador de Bateria; Funcionamento com pilhas alcalinas AA. - PORTATIL - Valor Referência: 1.318,62

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Burned Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares Eireli	PORTATIL	25 Unidade	280,00	7.000,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0008 - Foco clínico: Especificações: Regulagem de altura de 1,10m a 1,40m; Haste flexível cromada - Maior ângulo de movimentação; Base com 5 rodízios - Maior estabilidade; Maior autonomia de trabalho-2 metros de fio; Reator eletrônico (mais leve); Disponível na cor Branca; Pintura epóxi de alta resistência; Corpo de metal esmaltada. Bivolt - 110/220V; Pino padrão ABNT aterrado; Lâmpada LED; Potência 12W-6500K; Procedência: Nacional. Dimensões: Comprimento tripé: 73 cm; Comprimento do braço: 78cm; Diâmetro da cúpula: 14 cm; Diâmetro da cúpula c/ pega: 18,5 cm. - FC 30 - Valor Referência: 770,34

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	FC-30	20 Unidade	239,95	4.799,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0009 - Glicosímetro. intervalo de medicao entre 20 e 600 mg/dl;- volume de amostra sanguinea necessaria: 0.5 (microlitro);- memoria para 300 resultados de teste (data e hora);- faixa de hematocrito: 30 - 55%;- conectividade e transferencia de dados via usb;- codificado (chip incluso nas embalagens de tiras);- calculo automatico das medias de resultados (7, 14 e 30 dias);- indicado para uso pessoal (autoteste) e profissional. - Medidor Glicose On Call Plus II - Valor Referência: 165,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LOTUS MEDICAL LTDA.	Medidor Glicose On Call Plus II	30 Unidade	59,90	1.797,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0010 - Negatôscopio de 1 corpos. Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm Bitola 26; Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Roletes em Bivolt; Com Lâmpada de LED; Plug Bipolar; Acompanha Dois Suportes para a Mesa; Especificações técnicas; Chave liga/desliga: Duas posições; Bivolt automático 127V/220V; Cor do corpo: Branco; Dimensões (cm): 35 X 7 X 45; Área iluminada (cm): 32 X 35,5; Peso: 2 kg; Frequência: 50/60 Hz; Lâmpada: LED de alto brilho; Garantia: 1 ano. - 1 CORPO - Valor Referência: 661,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	1 CORPO	20 Unidade	299,50	5.390,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0011 - Suporte para soro. Construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura de parede com 4 ganchos em forma de cruz. Base revestido em nylon com 5 pés com rodízios. Dimensões da base 0,60 x 0,60; Dimensões Alt. Mín. 1,70 Alt. Máx. 229 m. Cubagem 0,574 M³; Peso 12 Kg. - SS 13 - Valor Referência: 277,42

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	SS 13	50 Unidade	184,90	11.094,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0012 - Otoscópio com 5 espéculos. Otoscópio com cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas médias comuns (não inclusas), revestido por capa antiderrapante para melhor empunhadura; Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade; visor móvel; Lâmpada incandescente de 2,5 V; funciona com 2 pilhas médias (Tipo C); NÃO ACOMPANHA PILHAS. Acompanha 05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: espéculo de diâmetro 2,8 mm N° 1; espéculo de diâmetro 4,15 mm N° 2; 01 espéculo de diâmetro 5,0 mm N° 3; 01 espéculo de diâmetro 6,0 mm N° 4; 01 espéculo de diâmetro 9,0 mm N° 5. - MINI - Valor Referência: 703,32

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



Brumed Comercio Atacadista e
Manutenção de equipamentos
Hospitalares Eireli

MINI

20 Unidade

200,00

4.000,00

Homologado em
29/11/2022 17:02:57
Por: Luis Fernando
Costa Aragão

0013 - Laringoscópio com 5 lâminas. Especificações:01 – Cabo recartilhado em Aço Inox com lâmpada tampa rosqueável e mola em aço inox, medindo 19 mm x 160 mm, para 02 (duas) pilhas Pequena (tipo AA) comerciais comuns. 05 (cinco) lâminas em aço inoxidável em peça única, extremidade distal de formato redondo, condutor de iluminação por fibra ótica, face fosca para impedir reflexão de luz, sendo: 01 Lâmina Infantil nº 1 Curva tipo McIntosh, em Aço Inox e Fibra Ótica, medindo 88,0 mm. 01- Lâmina Média nº 2 Curva tipo McIntosh em Aço Inox e Fibra Ótica, medindo 108,0 mm. 01- Lâmina Adulto nº 3 Curva tipo McIntosh em Aço Inox e Fibra Ótica, medindo 126,0 mm. 01- Lâmina Extragrande nº 4 curva tipo McIntosh em aço inox e fibra ótica, medida 156,0 mm. 01 Lâmina Recem nascido nº 0 reta tipo Muller em aço inox e fibra optica, medida 75,0 mm. Pino de aço substituível Encaixe para lâmina padrão internacional Contatos antioxidantes. Lâmpada de Luz Amarelada (LED Branco quente), com as seguintes características: Tensão elétrica de 2,5 V (Volts), corrente elétrica: 20 mA (miliAmpère), Fluxo Luminoso 15.000 mCd (miliCandela), temperatura de cor Branco Quente – 3.750 K (Kelvin) e vida útil estimada de 20.000 horas, para cabo. - ADULTO - Valor Referência: 1.745,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares Eireli	ADULTO	20 Unidade	480,00	9.200,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0014 - Oxímetro portátil com curva (bateria recarregável + carregador): Oxímetro de Pulso Portátil tipo Palm com bateria recarregável, G1B possui Visor LCD, Curva Pletismográfica, Alarme e Bateria Recarregável com sensor Adulto, sensor neonatal opcional.

O oxímetro G1B atende paciente adulto e neonatal (conforme sensor utilizado). Possui design otimizado e compacto, com tela LCD e exibição da curva pletismográfica na tela. Possui Comunicação com computador para upload de dados para análise ou impressão, função de economia de energia e memória embutida para dados. O oxímetro portátil G1B é ideal para consultório, clínicas e centro cirúrgicos, pode ser utilizado em pacientes adultos, pediátricos e neonatal. ACOMPANHA: Manual; Carregador de bateria 01 sensor Adulto, sensor neonatal opcional. Parâmetros de monitoramento: SpO2 e pulso: SpO2. Tipo de paciente: Adulto, infantil e neonatal; Faixa de mensuração: 0~100%; Resolução: 1%; Precisão: +- 2% (em 70%~100%); Pulsação Faixa de mensuração: 30-254 bpm; Resolução: 1 bpm; Precisão: +- 2 bpm; Requisitos de energia: voltagem de entrada: 98~260V AC 50/60 Hz; Consumo de energia: < 8VA. - UT 100 - Valor Referência: 3.036,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	UT 100	20 Unidade	1.999,00	39.980,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0015 - Carro curativo com balde e bacia. O Carro Curativo com Balde e Bacia é um equipamento utilizado para descanso de qualquer tipo de equipamentos. Muito utilizada em hospitais, clínicas, consultórios e até mesmo em sua residência. O Carro Curativo com Balde e Bacia é construído com armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço esmaltada, pés, varandas e suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 03 polegadas. Acompanha 01 balde em alumínio polido e 01 bacia inoxidável. Pintura epóxi; 4 Rodízios de 03 polegadas; Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm; Estrutura em tubos redondos. - OM 2041 - Valor Referência: 1.416,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	OM 2041	20 Unidade	710,00	14.200,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0016 - Nebulizador de 4 saídas com suporte: Tensão: Bivolt automático (127/220V); Frequência: 60Hz; Fusível: 5A - Ação rápida 2cm; Proteção térmica: <150°C; Compressor: 150W ou 1/5CV; Pressão máxima: >30 PSI; Estabilidade mecânica: fixos com pés de borracha; Tempo de nebulização: em torno de 15 min (para 5ml) podendo variar dependendo do medicamento utilizado; Tipo de proteção contra choque elétrico: equipamento de Classe I; Grau de proteção contra choque elétrico: parte aplicada de tipo B; Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX0. - 5004 C - Valor Referência: 2.099,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	5004 C	20 Unidade	1.199,00	23.980,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0017 - Maca para transporte de paciente. Estrutura fabricada em tubos de aço SAE1010; Leito fixo fabricado em MDF estofado com espuma e revestido em couvrin; Sistema de articulação da cabeceira através de cremalheira; Grades laterais em aço SAE1010; Batentes de silicone nas extremidades; Rodízios giratórios Ø 125mm sendo dois com travas; Dimensões: Alt. 0,85cm x Comp.1,90m x Larg. 0,65cm. - MC 0451 - Valor Referência: 2.882,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EXPANSAO COMERCIO LTDA	MC 0451	20 Unidade	1.450,00	29.000,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão



0018 - Raio X Para odontologia: Coluna móvel; Capacidade de 70 Kvp e 8 mA; Filtro total: 3,61mm Al/equivalente; Ponto focal: 0,8 x 0,8 mm; Comando disparador digital microprocessado. Compatível com todos os sistemas de radiografia digital; Escala de tempos centesimal de 0,32 s à 3,20 s; Pintura de alta resistência: Epoxy (à pó) e poliuretano alifático (líquida); Estrutura de aço tubular – modernidade e melhor assepsia; Movimentos suaves e precisos com giro horizontal livre de 360°; Rodízios com travas (modelo coluna); Blindagem interna do cabeçote em chumbo; Cilindro localizador longo com colimador em chumbo. Rede – 127 ou 220 V; Freqüência da rede 50/60 Hz; Corrente nominal 12 A (127 V) - 6 A (220 V); Corrente do tubo 8 mA (variável); Voltagem do tubo 70 Kvp; Variação de voltagem permitida 5 Kv; Filtração total 3,61 mm Al /Equivalente; Ponto focal 0,8 x 0,8 mm (IEC 336/1982); Tempo de exposição 0,32a 3,20 segundos. - X70 - Valor Referência: 10.152,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares Eireli	X70	5 Unidade	9.000,00	45.000,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0019 - Autoclave para odontologia: Design moderno; Digital, fácil manuseio; Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V; Programa único de Esterilização; Desaeração e depressurização automática; Capacidade 21 litros; Teclado de controle na cor azul; Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; 3 bandejas em alumínio anodizado; Secagem eficiente com porta entreaberta; Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência; Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; 2 anos de garantia. - DIGITAL PLUS - Valor Referência: 5.695,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EXPANSAO COMERCIO LTDA	DIGITAL PLUS	5 Unidade	4.880,00	24.400,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0020 - Gabinete odontológico com mocho: Realizar suas três preferidas posições de trabalho que facilita o seu dia a dia. Realizar o Trendelenburg dando segurança em caso de hipotímia ou desmaio do paciente. Regular a intensidade do refletor por sensor de aproximação sem o toque das mãos atendendo as necessidades de iluminância e a biossegurança. Selecionar as pontas automaticamente atendendo aos princípios de ergonomia (tempos e movimentos). 08 movimentos: 04 individuais e 05 automáticos (volta a zero e 03 posições de trabalho + Last Position -5o Trendelenburg); Pedal de comando acoplado à base com acionamento por botões e joystick; Enconsto e assento confort́vel e anat̂mico de fáci higienização; Estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano; e base com debrum antiderrapante; Sistema de fuso de elevação (motorreductor isento de óleo). Tensão de alimentação: 90 a 240 Vac -50/60Hz. Força máx. de 600kg; certificado pela DEVERT / PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e RoHS); suporta paciente de até 200kg. Botão vermelho de Stop Emergencial conforme a Norma Internacional IEC 60.601-3 (INMETRO). Equip. Mesa em plástico resistente (proteção UV), Mocho Odontológico, Seringa tríplice, com bico remov́vel e autoclavável, terminais Borden para alta e baixa rotações, sistema pneumático e automático para acionamento nos terminais, reservatório de água, suporte dos instrumentos com angulação de 45o, pedal de comando pneumático e progressivo, bandeja em aço inox, remov́vel e autoclavável, mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis. Refletor Luminosidade de 35.000 (+/- 15%), Lux a 6.000(+/- 15%) selecionada em intensidade gradual. Manopla remov́vel para esterilização. Utilidade Auxil - CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART - Valor Referência: 16.837,61

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART	5 Unidade	14.500,00	72.500,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0022 - Balança antropométrica: Características da Balança Antropométrica Mecânica (até 150kg):Estrutura confeccionada em aço carbono; Acabamento com pintura eletrostática a pó; Possui régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado; Medida da régua: até 192 cm; Divisões de 0,5 cm; Haste da régua em ABS; Plataforma dispõe de tapete antiderrapante; Capacidade: 150 kg; Divisões de 100 g; Dimensões: 40 cm x 30 cm. - P150C - Valor Referência: 1.820,02

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
K. C. R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	P150C	25 Unidade	1.480,00	37.000,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0023 - Balança digital Adulto. Eletrônica, capacidade de 200 kg, frações de 50 gramas, acabamento esmerado, linhas modernas e funcionais, tapete antiaderente em borracha, pes reguláveis em borracha sintética, bivolt. Régua antropométrica c/ escala de 2m, display com 5 dígitos. - P200C - Valor Referência: 1.986,76

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
K. C. R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	P200C	20 Unidade	1.660,00	31.200,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0024 - Balança digital pediátrica. Cobertura em ABS Capacidade 30 kg; divisões de 10 g; concha em Acrílico; Pés reguláveis; Função TARA; até 30 kg; Display com 6 dígitos Chave seletora de tensão de 110/220 V. - BALMAK / ELP 25BB - Valor Referência: 2.057,22

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
K. C. R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	P200C	20 Unidade	1.660,00	31.200,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Medical S3 Comércio de Equipamentos Odonto Médica Hospitalar LTDA.	BALMAK / ELP 25BB	15 Unidade	1.200,00	18.000,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0025 - Estetoscópio Adulto: Hastes e auscultador em aço inox; Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica.; Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente; Tubo PVC com diversas opções de cores, incluindo tons perolizados. - ADULTO - Valor Referência: 803,43

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	ADULTO	48 Unidade	20,00	960,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0026 - Termômetro Digital Infravermelho: Multi funções; Produto com sensor preciso; Visor LCD; Memória ultima medidas; Saquinho para guardar. - Unidade - Valor Referência: 117,01

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA	Unidade	30 Unidade	104,80	3.144,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0027 - Compressor isento de óleo/odontológico: 30 litros no reservatório, deslocamento. 212 litros de ar por minuto. Motor 220 vits monofásico. - PRIME AIR 40 - Valor Referência: 4.043,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	PRIME AIR 40	5 Unidade	2.750,00	13.750,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0028 - Foco Cirúrgico. Foco de pedestal; Estrutura toda em alumínio, parafusos em inox com ajuste allen; Diâmetro da Cúpula: 260 mm; Pintura Eletrostática; Manopla Autoclavável em alumínio; Quatro Lâmpadas de LED com 5W e 500 Lúmens cada; Temperatura da Luz: 6000K; Lentes com foco de 38 graus de saída; Lâmpadas de fácil Reposição; Alta Luminosidade; 30.000 Lux a 1 metro de distância; Não esquenta o ambiente.; Baixo Consumo: 20W; Alimentação: 110V ou 220V Automático. - FA APOLLO 03 BULBOS LED - Valor Referência: 6.725,57

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUANNA FREIRE FELIX LTDA.	FA APOLLO 03 BULBOS LED	2 Unidade	4.500,00	9.000,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0029 - Foco Auxiliar: Iluminação: Foco cirúrgico – Foco Cirúrgico Tipo: Auxiliar, componentes: 1 cúpula Geração Luz diodo (LED), características adicionais: Braços Giratório, haste articulável e giratória, outros componentes: intensidade 65.000 Lux, Cor cerca 4.400 K, acessórios: c/ sistema de emergência à bateria, tipo apoio: pedestal, rodízios com freios. - FA APOLLO 06 BULBOS LED - Valor Referência: 20.440,06

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUANNA FREIRE FELIX LTDA.	FA APOLLO 06 BULBOS LED	5 Unidade	8.300,00	41.500,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0032 - Aspirador de secreção portátil: Características do produto: silencioso e potente, baixo ruído de operação; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; fluxo de ar de 18 litros por minuto; leve, pesa apenas 3.5kg; Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt). Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Acionamento através do botão liga/desliga. - 6005 - Valor Referência: 4.804,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	6005	5 Unidade	1.540,00	7.700,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0033 - Aspirador de secreção cirúrgico: Características do Produto: Possui dispositivo de segurança que desliga automaticamente em caso de temperatura excessivamente elevada; Frasco coletor de 3L; Com filtro bacterial viral hidrófilo;Frasco coletor em Policarbonato autoclavável; Motor elétrico de alto rendimento; Possui vacuômetro e regulador de vácuo; Tampa com válvula de segurança contra transbordamento; Aspiração silenciosa; Portátil. Com alça para transporte, Design moderno; Sistema compressor oscilante (isento de óleo). Motor elétrico com 2 pistões e cabeçote duplo; Dimensões: 450mm x 255mm x 285mm (PxAxL); Peso: 6kg; Tensão: Bivolt automático; Fluxo de ar máximo: 24lts/min; Frasco coletor: capacidade máxima 3 litros; 01 Bomba vácuo aspiradora com alça para transporte; - 01 frasco coletor de 3 litros (autoclavável);



01 tampa de plástico com válvula de segurança; 01 filtro bactericida; 01 mangueira de silicone (2 metros); Manual de instruções e relação de assistências técnicas. - HR6005C - Valor Referência: 4.292,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	HR6005C	5 Unidade	1.550,00	7.750,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0035 - Bomba de infusão universal: Operação simples, com orientações em display de cristal líquido alfanumérico. Programação para infusões parenterais e enterais. Dois modos de Programação: Vazão (ml/h) e Volume Total (ml) ou Volume Total (ml) e Tempo, com o cálculo automático da vazão. Alarmes sonoro e visual de oclusão ou fim de solução, fim de infusão, fluxo livre, ar no equipo, memória corrompida. Alarame de ar utiliza sensor por ultra-som. Função KVO (Keep Vein Open). Utiliza equipo específico com específico com seguimento de silicone controlado através de impressão da marca CELM e identificação do lote produzido, possibilitando a rastreabilidade do mesmo. Possui bateria interna recarregável. - SP 750 - Valor Referência: 6.624,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	SP 750	2 Unidade	3.050,00	6.100,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0036 - Aparelho de pressão em pedestal: Manômetro aneróide; Proteção de escala por vidro; Graduação em (mmHg); Mínimo: 0mmHg; Máximo: 300mmHg; sem dispositivo limitador de elemento sensor; Braçadeira de algodão; Fecho por velcro; Tubo espiral PVC; Base em ferro. - PA6501 - Valor Referência: 616,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LOTUS MEDICAL LTDA	PA6501	20 Unidade	424,00	8.480,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0037 - Termômetro clínico digital: Faixa de medição: 32,0°C – 43,9°C - Com indicador de temperaturas inferiores ("L") e superiores ("H") à esta faixa de medição. Fonte de alimentação: bateria de lítio de 1,5/1.55 V (não recarregável). Retenção da temperatura máxima: em cada medição, a temperatura máxima aparece no mostrador, até o aparelho se desligar. Sinal sonoro: indica que o aparelho está pronto a ser utilizado ou que a medição terminou. Auto-verificação automática: caso a mensagem «ERR» apareça no seu visor significa que há algum problema em sua medição. Não utilize seu termômetro, entre em contato com a G-tech. Resultados das medições: expressos em grau Celsius (°C). Erro máximo de indicação dos resultados: ± 0,2°C entre 34°C – 42°C a uma temperatura ambiente entre 18°C-28°C. Tempo total da medição da temperatura de 90 a 120 segundos. Visor de cristal líquido: é possível visualizar alterações de temperatura de 0,1°C. Memória: guarda automaticamente a última temperatura medida. Desligamento automático: após aproximadamente 10 minutos, para assegurar prolongamento da vida da bateria. - THGT1027B_S - Valor Referência: 23,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	THGT1027B_S	36 Unidade	16,55	579,25	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0039 - Desfibrilador Cardíaco: Agora com bateria de Li-Ion, serve para casos de uma parada cardiorrespiratória, com inicialização instantânea, o desfibrilador foi desenvolvido com embasamento nos públicos alvos que buscam um equipamento fácil de operar, leve e pronto para choques em menos de 6 segundos. O design do produto foi planejado para ser versátil e resistente, com base baixa e larga, com fácil usabilidade e permite a utilização do aparelho tanto na horizontal quanto na fixação vertical, pois dispõe de duas alças grandes além do desenho sem cantos vivos, projetados para facilitar o transporte de emergência. Possui funcionalidades como choques de energia de onda bifásica que atua nos quadros de reversão de quadros taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, de até 360J limitada à 50J quando utilizado com pás infantis, que permite a utilização de energias menores lesionando menos o miocárdio. Funções essenciais concentradas em apenas um botão e operações no padrão 1,2,3. Para auxílio dos profissionais já familiarizados à linha CardioMax, o desfibrilador Apolus utiliza-se do mesmo layout. O produto conta também com a garantia Instramed que mantém suprimento de peças e componentes mesmo fora de linha. Multifuncional para uso adulto e infantil integradas, com conexão para sincronia com monitor externo (cardioversão). Informações Técnicas: Dimensões: 44,5cm(L). 24,5cm(P). 20,0cm(A). Peso: Aparelho – 3,90 kg; Pás externas – 0,85 kg; Bateria interna: Tipo NiMH, 14,4 VDC 4 Ah; Duração: Bateria em boas condições com carga plena – mínimo de 140 choques em 360 joules ou mínimo de 200 choques em 200 joules; Tempo de carga da bateria ou completamente descarregada: 8 horas. Armazenamento da bateria: O armazenamento da bateria em temperaturas acima de 35°C por longos períodos reduzirá sua capacidade e vida útil. Classificação: Equipamento energizado internamente. Modo de funcionamento: Operação frequente. - ION - Valor Referência: 14.916,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	ION	3 Unidade	6.150,00	18.450,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0040 - Bolsa para APH. confeccionadas em Poliéster 600 com engates em Nylon, materiais de alta resistência e durabilidade. Possuem duas alças laterais e um tiracolo, quatro bolsos externos e um interno, para melhor acomodação dos equipamentos e materiais para o resgate. - BOLSA APH - Valor Referência: 448,34

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CIRURGICAS MULLET
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E
VETERINARIOS EIRELI

BOLSA APH

10 Unidade

448,00

4.480,00

Homologado em
29/11/2022 17:02:57
Por: Luis Fernando
Costa Aragão

0041 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE: Balão auto-inflável de silicone, máscara facial de silicone flexível e fácil ajuste a face, conexão de entrada para alimentação com oxigênio, válvula unidirecional de policarbonato com válvula de segurança, reservatório e bolsa para transporte. Produto autoclavável; Fabricado em silicone de alta qualidade, proporciona conforto durante o procedimento; Disponível em 3 tamanhos, para pacientes adultos, pediátricos e neonatais (Clique em Pediátrico ou Neonatal para conferir os outros tamanhos); Possui alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador e facilitar sua compressão; Acompanha extensor de 2m; Totalmente Livre de látex; Auto inflável com pop off; Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; Balão em silicone, auto inflável com pop off; Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; Reservatórios de O2 com válvula; Disponíveis nos tamanhos 900ml e 2700ml; Quando utilizado, fornece até 100% de oxigênio; Máscara faciais de silicone translúcida; Para pacientes de todos os tamanhos e pesos; Formato anatómico proporciona uma excelente vedação:100% autoclavável. - ADULTO - Valor Referência: 409,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	ADULTO	15 Unidade	170,00	2.550,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0042 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE INFANTIL: ferece fácil manuseio e durabilidade superior, podendo ser reutilizado após esterilização em autoclave. Possui entrada para alimentação de oxigênio e reservatório para armazenamento, caso seja necessário oferecer maior oxigenação ao paciente em atendimento. Balão autoinflável de silicone, máscara facial de silicone flexível e fácil ajuste à face, conexão de entrada para alimentação com oxigênio, válvula unidirecional de policarbonato com válvula de segurança, reservatório e bolsa para transporte. Produto autoclavável. - INFANTIL - Valor Referência: 455,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	INFANTIL	15 Unidade	170,00	2.550,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0043 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE NEONATAL: Balão em silicone translúcido autoclavável; - Máscara facial em silicone; - Válvula superior e inferior; - Reservatório de 1000 ml - NEONATAL - Valor Referência: 401,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	NEONATAL	15 Unidade	170,00	2.550,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0044 - Bisturi Elétrico: Painel de membrana blindado à prova de líquidos com teclas Soft Touch; Display digital para indicação da potência; Potência máxima de saída: 120 watts; Precisão de 1watt para cada modo de operação; 6 modos de operação: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR; Memória independente para cada modo de operação; Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funções de controle de energia eletromagnética, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operação contínuos e seis modos de operação pulsados* (doze funções) com algoritmo que permite mais de 200 opções de combinações para microcirurgias de precisão; Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG à prova d'água (grau de proteção IPX7); Duas opções de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal; Activation Counter – Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado; Sinalização áudio visual de ativação com duplo tom – CUT (agudo) / COAG (grave); Controle do volume do sinal de ativação; Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automático do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexão (continuidade) da Placa Neutra; Sinal áudio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra; Três opções de Placas Neutras: Reutilizável em aço inox, adesiva descartável simples e adesiva descartável bipartida (Tecnologia MQC); Wavevac Dual; Controle remoto de ativação do aspirador de vapores, com LED Indicador no painel; Bivolt automático 115/230VAC – 50Hz a 60Hz; Frequência de trabalho: 490kHz; Dimensões: Alt.: 133mm, Larg.: 243m; Prof.: 325mm Peso: 5,24kg; Grau de proteção contra choque elétrico (Classe I); Grau de proteção contra líquidos (IPX1). - BP150S - Valor Referência: 4.568,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	BP150S	2 Unidade	2.990,00	5.980,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0049 - Monitor de sinais vitais multiparamétrico: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com canais ECG, Oximetria SPO2, Pressão não invasiva PNI, Respiração RESP e Temperatura TEMP. Congelamento das formas de onda. Monitoração no modo adulto, infantil e neonato Memória não volátil: limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente. Display 7" LCD-TFT colorido Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Tendências Armazenamento: 72 hrs (Gráfico ou tabela). - CMS9000 - Valor Referência: 9.956,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	CMS9000	15 Unidade	5.198,00	77.970,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão



0050 - Detector fetal portátil: Sonar modelo portátil, utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Esse método diagnóstico permite um meio simples de estabelecer positiva e imediatamente a viabilidade fetal em gravidez prematura e pode facilmente ser usado para verificar se existe vida fetal durante a ameaça de aborto. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª à 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Produzido dentro das normas de qualidade e tecnologia. Especificações Técnicas: Ciclagem: 6.000 a 60.000. Alimentação: bateria alcalina 9 V IEC-6LR61/6LF22; Frequência: 2mhz ± 10%; Potência máxima de consumo: 2VA; Faixa de medição de FCF: 60 a 210bpm; Precisão da medição da FCF: ± 2% da faixa; Dimensões: 33 X 117 X 131 mm; Média de duração da bateria: 01h20min. Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS; 04 modos de funcionamento; Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital; Saída para fone de ouvido. Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v). Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bateria localizado na traseira. Conteúdo da embalagem: 01 - DF-7001; 01 - Gel ultrassônico 50g; 01 - Fone de ouvido intra-auricular; 01 - Manual de instruções 01 - Alça para transporte ; 01 - Boisa para armazenamento; 01 - Carregador de bateria 9 v x 200 MAH alcalina recarregável; 01 - Bateria 9 v x 200 MAH alcalina recarregável;Peso líquido: 400g... - FD200B - Valor Referência: 1.367,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	FD200B	20 Unidade	390,00	7.800,00	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

0051 - Detector Fetal de Mesa com Display: Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. São aferidos para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Gabinete e transdutor em material Abs de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória. Equipamento com display digital Lcd com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto). Possui três modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição. - Saída para fone de ouvido e gravador de som. - Filtro minimizador de interferência durante a utilização. Alimentação por energia elétrica. Produto projetado em conformidade aos requisitos e normas: Abnt Nbr IEC60601-1:1997 / Iec 60601-1-2:2006 / Iec 60601-14:2004/ Iec 60601-2-37:2003. Especificações: Faixa de medição de Fcf: 30 a 240 Bpm, Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz 10%. Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v 10% e frequência de 50/60hz. ... - FD300D - Valor Referência: 1.931,85

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LOTUS MEDICAL LTDA	FD300D	5 Unidade	776,50	3.882,50	Homologado em 29/11/2022 17:02:57 Por: Luis Fernando Costa Aragão

LUIS FERNANDO COSTA
 Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA
 ARAGAO:57503028220
 Dados: 2022.11.29 17:23:44 -03'00'

Luis Fernando Costa Aragão
 Autoridade Competente





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2022

O MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA, Estado do Maranhão, Através do Secretário Municipal de Saúde no uso de suas atribuições legais, considerando as informações constantes no Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº040/2022, que tem por objeto a Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba -MA. **RESOLVE:** HOMOLOGAR o resultado da presente licitação em favor das licitantes vencedora do certame, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação. EMPRESA: **BHDENTAL COMERCIAL EIRELI** inscrita no CNPJ nº 29.312.896/0001-26, no Valor Total Homologado **R\$ 86.250,00 (Oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais)**. EMPRESA: **BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI** inscrita no CNPJ nº 03.679.808/0001-35, no Valor Total Homologado **R\$ 7.650,00 (Sete mil, seiscentos e cinquenta reais)**. EMPRESA: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI** inscrita no CNPJ nº 31.770.650/0001-40, no Valor Total Homologado **R\$ 65.200,00 (Sessenta e cinco mil e duzentos reais)**. EMPRESA: **CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI** inscrita no CNPJ nº 34.055.837/0001-50, no Valor Total Homologado **R\$ 4.480,00 (Quatro mil, quatrocentos e oitenta reais)**. EMPRESA: **D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA** inscrita no CNPJ nº 00.175.188/0001-09, no Valor Total Homologado **R\$ 3.144,00 (Três mil, cento e quarenta e quatro reais)**. EMPRESA: **EXPANSAO COMERCIO LTDA** inscrita no CNPJ nº 31.504.008/0001-19, no Valor Total Homologado **R\$ 53.400,00 (Cinquenta e três mil, quatrocentos reais)**. EMPRESA: **JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ nº 15.464.751/0001-36, no Valor Total Homologado **R\$ 84.990,00 (Oitenta e quatro mil, novecentos e noventa reais)**. EMPRESA: **K. C. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** inscrita no CNPJ nº 09.251.627/0001-90, no Valor Total Homologado **R\$ 68.200,00 (Sessenta e oito mil, duzentos reais)**. EMPRESA: **LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI** inscrita no CNPJ nº 42.650.279/0001-07, no Valor Total Homologado **R\$ 148.940,00 (Cento e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta reais)**. EMPRESA: **LOTUS MEDICAL LTDA** inscrita no CNPJ nº 25.386.146/0001-48, no Valor Total Homologado **R\$ 20.243,50 (Vinte mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)**. EMPRESA: **LUANNA FREIRE FELIX LTDA** inscrita no CNPJ nº 13.200.879/0001-67, no Valor Total Homologado **R\$ 50.500,00 (Cinquenta mil, quinhentos reais)**. EMPRESA: **MEDICAL SIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA** inscrita no CNPJ nº 21.552.695/0001-94, no Valor Total Homologado **R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais)**. EMPRESA: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI** inscrita no CNPJ nº 34.075.280/0001-19, no Valor Total Homologado **R\$ 8.329,25 (Oito mil, trezentos e vinte e nove reais)**. EMPRESA: **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP** inscrita no CNPJ nº 30.313.649/0001-23, no Valor Total Homologado **R\$ 45.330,00 (Quarenta e cinco mil, trezentos e trinta reais)**. EMPRESA: **SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI** inscrita no CNPJ nº 38.285.172/0001-21, no Valor Total



SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 4265
RUBRICA R

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Homologado **R\$ 48.681,50 (Quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)**. VALOR GLOBAL HOMOLOGADO: **R\$ 713.338,25 (Setecentos e treze mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos)**. Considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço por Item. Declaramos então as empresas supracitada a cima como vencedora do Pregão Eletrônico nº040/2022, sendo assim homologada os respectivos itens a empresa vencedora.

Anajatuba - MA, 29 de novembro de 2022

LUIS FERNANDO COSTA
ARAGAO:5750302822
0

Assinado de forma digital
por LUIS FERNANDO COSTA
ARAGAO:5750302822
Dados: 2022.11.29 17:39:59
-03'00'

LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO
Secretário Municipal de Saúde.
Decreto nº042/2022

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO
- RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO
ELETÔNICO N° 040/2022**

**RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO DA
LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°040/2022**

O MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA, Estado do Maranhão, Através do Secretário Municipal de Saúde no uso de suas atribuições legais, considerando as informações constantes no Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico n° 040/2022, que tem por objeto a Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba - MA. **RESOLVE:** HOMOLOGAR o resultado da presente licitação em favor das licitantes vencedora do certame, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação. EMPRESA: **BHDENTAL COMERCIAL EIRELI** inscrita no CNPJ n° 29.312.896/0001-26, no Valor Total Homologado **R\$ 86.250,00 (Oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais)**. EMPRESA: **BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI** inscrita no CNPJ n° 03.679.808/0001-35, no Valor Total Homologado **R\$ 7.650,00 (Sete mil, seiscentos e cinquenta reais)**. EMPRESA: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI** inscrita no CNPJ n° 31.770.650/0001-40, no Valor Total Homologado **R\$ 65.200,00 (Sessenta e cinco mil e duzentos reais)**. EMPRESA: **CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI** inscrita no CNPJ n° 34.055.837/0001-50, no Valor Total Homologado **R\$ 4.480,00 (Quatro mil, quatrocentos e oitenta reais)**. EMPRESA: **D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA** inscrita no CNPJ n° 00.175.188/0001-09, no Valor Total Homologado **R\$ 3.144,00 (Três mil, cento e quarenta e quatro reais)**. EMPRESA: **EXPANSAO COMERCIO LTDA** inscrita no CNPJ n° 31.504.008/0001-19, no Valor Total Homologado **R\$ 53.400,00 (Cinquenta e três mil, quatrocentos reais)**. EMPRESA: **JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ n° 15.464.751/0001-36, no Valor Total Homologado **R\$ 84.990,00 (Oitenta e quatro mil, novecentos e noventa reais)**. EMPRESA: **K. C. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** inscrita no CNPJ n° 09.251.627/0001-90, no Valor Total

SEMUS - ANAJATUBA
FOLHA 1/06
RUBRICA

Homologado **R\$ 68.200,00 (Sessenta e oito mil, duzentos reais)**. EMPRESA: **LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI** inscrita no CNPJ n° 42.650.279/0001-07, no Valor Total Homologado **R\$ 148.940,00 (Cento e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta reais)**. EMPRESA: **LOTUS MEDICAL LTDA** inscrita no CNPJ n° 25.386.146/0001-48, no Valor Total Homologado **R\$ 20.243,50 (Vinte mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)**. EMPRESA: **LUANNA FREIRE FELIX LTDA** inscrita no CNPJ n° 13.200.879/0001-67, no Valor Total Homologado **R\$ 50.500,00 (Cinquenta mil, quinhentos reais)**. EMPRESA: **MEDICAL SIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA** inscrita no CNPJ n° 21.552.695/0001-94, no Valor Total Homologado **R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais)**. EMPRESA: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI** inscrita no CNPJ n° 34.075.280/0001-19, no Valor Total Homologado **R\$ 8.329,25 (Oito mil, trezentos e vinte e nove reais)**. EMPRESA: **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP** inscrita no CNPJ n° 30.313.649/0001-23, no Valor Total Homologado **R\$ 45.330,00 (Quarenta e cinco mil, trezentos e trinta reais)**. EMPRESA: **SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI** inscrita no CNPJ n° 38.285.172/0001-21, no Valor Total Homologado **R\$ 48.681,50 (Quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)**. VALOR GLOBAL HOMOLOGADO: **R\$ 713.338,25 (Setecentos e treze mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos)**. Considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço por Item. Declaramos então as empresas supracitada a cima como vencedora do Pregão Eletrônico n°040/2022, sendo assim homologada os respectivos itens a empresa vencedora. Anajatuba - MA, 29 de novembro de 2022 - **LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO**. Secretário Municipal de Saúde - Decreto n°042/2022.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E LAZER - RATIFICAÇÃO -
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N° 011/2022**

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N° 011/2022**

Considerando as informações, pareceres,

Assinado eletronicamente por: Rodrigo de Sousa Fernandes - CPF: ***.380.333-** em 30/11/2022 16:39:26 - IP com n°: 192.168.10.153
Autenticação em: www.anajatuba.ma.gov.br/diariooficial.php?id=572

