



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.002.372/0001-33

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Anajatuba – MA
At.: Lucas Rodrigues Ramos
Pregoeiro Municipal

Assunto: PARECER TÉCNICO REFERENTE A ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS LICITANTES, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 020/2021

I. INFORMAÇÕES INICIAIS

1. **PREGÃO PRESENCIAL 020/2021;**
2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.02.12.002/2021;**
3. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) fornecimento de reagentes laboratoriais, para atender as necessidades da SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA;
4. **ASSUNTO:** ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇO;
5. **INTERESSADO:** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL;

II. ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Acerca da análise das Propostas de Preço apresentadas pelas empresas concorrentes do PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2021, cujo objeto é o fornecimento de reagentes laboratoriais, para atender as necessidades da SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA, temos a indicar as seguintes constatações:

CONSIDERANDO, que no município de Anajatuba possui apenas os equipamentos:

- Aparelho Bioquímica Labmax 100
- Aparelho Hematologia Pentra 60



Pref. Anajatuba-MA
Folha 266
Rúbrica [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 06.002.372/0001-33

CONSIDERANDO, que o edital, no item 4.4, do termo de referência requer que todos os reagentes devam ser de acordo com os equipamentos do laboratório do Município de Anajatuba/MA:

Com base na análise identifico que a licitante BENTES SOUSA E CIA LTDA, está em conformidade com as exigências do Edital. Pois apresentou os kits de reagentes, com marcas HORIBA e LABTEST em compatibilidade com as máquinas utilizadas para realização dos exames no município. Sendo assim, entende-se que a empresa licitante está **CLASSIFICADA**, por atender os requisitos do edital.

Com relação a empresa PRECISION SOLUÇÕES EM DIAGNÓSTICO LTDA, apresenta proposta com quatro marcas de reagentes diferentes, e que não são compatíveis com as máquinas existente no município. Caso opte por utilizar as marcas mencionadas, ao qual são DIAGNO, GOLD ANALISA, BIOTÉCNICA e VIDA BIOTÉCNOLOGIA, pode ocasionar comprometimento na precisão dos resultados dos exames. Sendo assim, considerando as razões técnicas apresentadas entende-se que a proposta da referida empresa licitante está **DESCCLASSIFICADA**, por não atender os requisitos do edital.

Anajatuba/MA, 29 de junho de 2021.


Camila Bogéa Mendes
Biomédica
CRBM - 12378

CAMILA BOGÉA MENDES

Biomédica

Decreto nº086/2021